



„Rynek pracy otwarty na młodych techników”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łomża, dn. 29.06.2021 r.

Znak sprawy: ZSWiO.26.3.2021.RPONMT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na: „Zakup i dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego jako wyposażenie laboratorium weterynaryjno diagnostycznego”, w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników.”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie numer 1 z dnia 28.06.2021.

Część VI – Analizator moczu weterynaryjny

Pytanie Nr 1:

– pytanie brzmiało –

„Prosimy o wyjaśnienia dot. „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Część nr 6 – Analizator Mocz u Weterynaryjny.

1. W związku z tym, że opis zamówienia w w/w części pasuje tylko do jednego aparatu (URIT) a tym samym ogranicza znacznie konkurencyjność przedstawionych Zamawiającemu ofert, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w części analizator do badania moczu o parametrach zgodnych z załączoną do naszego pytania specyfikacją?”(załącznik nr 1)

Odpowiadając na pytanie Nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w w/w części - analizatora do badania moczu o parametrach zgodnych z załączoną specyfikacją do Państwa pytania do zapytania ofertowego z dn.28.06.2021r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie numer 1 z dnia 29.06.2021.

Część III - Wirówka laboratoryjna

Pytanie Nr 1:

– pytanie brzmiało –

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną z wyświetlaczem LED?

Odpowiadając na pytanie Nr 1

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie Nr 2:

– pytanie brzmiało –



„Rynek pracy otwarty na młodych techników”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o pojemności max. 120ml?

Odpowiadając na pytanie Nr 2

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie Nr 3:

– pytanie brzmiało –

3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o max. przyspieszeniu 1137, 3122 xg?

Odpowiadając na pytanie Nr 3

Zamawiający dopuszcza taką wirówkę laboratoryjną o ile zakres regulacji prędkości nie będzie mniejszy niż 3000obr/min

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie numer 2 z dnia 29.06.2021.

Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie Nr 1:

– pytanie brzmiało –

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5 do 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie i usunięciu wad?

Odpowiadając na pytanie Nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5 do 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie i usunięciu wad.

Pytanie Nr 2:

– pytanie brzmiało –

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 30 do 10% wartości przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiadając na pytanie Nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 30 do 10% wartości przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem,
Anna Szymańska