

Informacja

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych” dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży” na rzecz realizacji projektu: „STAWIAM NA ROZWÓJ- podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” (ŁCRE/RPOWP/S3/2018).

Przy podawaniu wymogów parametrów sprzętu w zadaniu 8 nazwa producenta oprogramowania została podana jako przykład zabrakło słowa „lub równoważny”.

Opis powinien mieć brzmienie:

ZESTAW EEG BIOFEEDBACK

Zestaw EEG Biofeedback wraz z przeszkoleniem osoby obsługującej, dostosowany do warunków szkolnych.

ZESTAW BIOFEEDBACK 2 KANAŁOWY

Wyposażenie standardowe aparatu:

- 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych [2 x kanał EEG]
- laptop
- monitor kolorowy LCD min. 22" [do wyświetlania plansz stymulacyjnych]
- oprogramowanie EEG DigiTrack lub równoważny do prowadzenia terapii EEG Biofeedback
- oprogramowanie EEGDigiTrack Manager lub równoważny
- drukarka laserowa do wydruku wyników z możliwością połączenia kablem USB i poprzez Wi-Fi
- zestaw elektrod miseczkowych i usznych, pasta do naklejania elektrod, pasta ścierająca
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja 24 miesiące [z możliwością odpłatnego przedłużenia do 36 miesięcy]


PARAMETRY LAPTOPA DO BIOFEEDBACK:

- min. procesor Intel I5
- min. 8 GB pamięci RAM
- min. dysk 500GB
- min. karta graficzna **nVidia** 2 GB pamięci (może być niekompatybilne z ATI)
- porty USB (klucz sprzętowy EEG oraz głowica)

DRUKARKA

- czas wydruku 1 strony – min. 10 sek.
- prędkość drukowania: 20-50 str./min

- eksploatacja startowa (w zestawie) – toner na min. 1000 str.
- miesięczne obciążenie – min. 9000 str.
- maksymalna rozdzielczość druku 600x600 dpi
- podajnik papieru - min. 150 arkuszy
- procesor - min. 200MHz
- interfejs standardowy USB 2.0
- pamięć (RAM) – standardowa min. 1 MB
- gwarancja min 36 miesięcy

Dyrektor
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski